Detektion von Apnoen aus Audiodaten

Wolfram Golze, Frank Haase, Karl Hörmann, Joachim T. Maurer

Universitäts-HNO-Klinikum Mannheim

EINLEITUNG

Schnarchende Patienten suchen den HNO-Arzt oftmals primär aufgrund des Schnarchgeräusches auf. Auch wenn für den Patienten die Aufzeichnung des Schnarchens bedeutsam erscheint, ist das Erkennen von Atempausen während des Schlafes der medizinisch wichtigere Untersuchungsteil. Bisher erfolgt diese Diagnostik meist durch Polygraphiegeräte, die jedoch alle keine zufriedenstellende Aufzeichnung der Schnarchgeräusche bieten. Die Erkennung von Atempausen im Schlaf gelingt damit andererseits recht zuverlässig. Um beiden Anforderungen auf einfache Weise gerecht zu werden, wäre ein Gerät von Nöten, welches durch die alleinige Aufzeichnung von Schlafatemgeräuschen und deren Analyse als umfassendes Screeninggerät eingesetzt werden könnte.

MATERIAL UND METHODE

a.) Gewinnung der Audiodaten

Die Audiodaten wurden im Schlaflabor der Universitäts-HNO-Klinik Mannheim parallel zu den Polysomnographien der jeweiligen Patienten gewonnen. Aus den Polysomnographien wurde das Atemflußsignal im edf-Format zum späteren Abgleich isoliert.

Zur Aufnahme der Atemgeräusche wurde ein speziell angefertigtes Feinmikrofon ohne Richtcharakteristik (Frequenzbereich bis 30kHz) am Kopfende des Patientenbettes angebracht. Als Software zur Aufzeichnung dieser Rohdaten wurde das Programm „Adobe Audition 1.0“ verwendet.

b.) Datenanalyse

Aus 89 Ganznacht-Tonaufnahmen von 49 Personen wurden die 10 Aufnahmen mit den meisten Atempausen ausgewählt und mit speziellen Filtersystemen durchsucht. Zum Eliminieren von Störgeräuschen wurden die Signale des Audiosegments für den Bereich zwischen 3-6 kHz gefiltert (Bandpassfilter siehe Abb.1). Atemgeräusche sind in diesem Frequenzband typischerweise vertreten, Schnarchgeräusche nicht.

Es wurde ein Summensignal sowie ein individuelles Schwellenhilfssignal gebildet, das nur den langsamen Änderungen des Ruhepegels folgt. Starke Änderungen des Summensignals sprechen indirekt für ein Schnarchgeräusch. Wird das Hilfssignal für mehr als 10 sec nicht durch das Summensignal überschritten, wird eine Signalpause markiert (Abb.2). Folgt auf diese in einem vorgegebenen Zeitabstand ein Schnarchgeräusch, so wird diese Stelle als Apnoe-ähnliches Ereignis definiert. Zur Ermittlung von Sensitivität und Spezifität der Software wurden die Ergebnisse der Auswertung dann mit dem Atemfluß-Signal der simultan aufgezeichneten Polysomnographien der Patienten verglichen.

ZIEL

Ziel unserer Studie war es, eine Software zu entwickeln, die durch die Analyse von während des Schlafs aufgezeichneten Atemgeräuschen die Erkennung von auftretenden Atempausen erlaubt.

Abb. 1: Originalaudiosegment in blau und nach Bandpassfilterung in rot dargestellt. Markiert ist eine Signalpause.

Abb. 2: Schwellenwerthilfssignal (schwarz) wird für mindestens 10 Sekunden nicht von dem Summensignal (rot) überschritten (Pfeile). Es folgt ein Schnarchgeräusch in kurzem Abstand. Gewertet wird eine Signalpause.

ERGEBNISSE

Bei der aktuellen Filtereinstellung wird eine Sensitivität von 81,5% und eine Spezifität von 48,5% erreicht.

Das bedeutet, dass 18,5% der im Atemflußsignal sichtbaren Apnoen nicht erkannt wurden. Gemessen an den Atemflußdaten werden mehr als doppelt so viel Signalpausen von dem Algorithmus als Apnoen gewertet. Andere Filter- oder Schwellenwerteinstellungen ergaben schlechtere Werte.

FAZIT

Die Detektion von Apnoeeereignissen aus Schlafatemgeräuschen ist prinzipiell machbar. Aufgrund der starken individuellen Variabilität von Schnarch- und Apnoeverhalten und der damit verbundenen Unschärfe der Messung, ist ein klinischer Einsatz zur Zeit nur durch eine weitere Verbesserung des Algorithmus oder eine Kombination mit einem Atemflusssensor denkbar.